ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-462	PS/SM/47568

PRODUCTO
Aceleradores Lineales TrueBeam, True Beam STx, VitalBeam y EDGE.

VERSION SOFTWARE
2.0, 2.5 y 2.5 MR1.

FABRICANTE
Varian Medical Systems, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Varian Medical Systems Ibérica S.L. Av. de Europa, 16, 28108 Alcobendas, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad debido a la posibilidad de administrar un tratamiento incorrecto cuando un paciente con un plan de tratamiento sincronizado a TrueBeam (incluye TrueBeam, True Beam STx, VitalBeam y EDGE) se traslada a un segundo TrueBeam.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: 3XDP2XBFC5
Fecha de la firma: 31/08/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89