MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-461	PS/NC/47498

PRODUCTO AFECTADO
Placa Angulada del sistema HipLOC™

FINALIDAD PREVISTA
El sistema HipLOC™ de tornillos de comprensión de la cadera, es un sistema de fijación de fracturas para el tratamiento de las fracturas de la porción proximal del fémur.

REFERENCIAS Y Nº LOTES
Ver referencias y lotes afectados en el Anexo 2 de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Biomet UK Ltd, Reino Unido.

DISTRIBUIDOR
ZIMMER BIOMET SPAIN S.L.U., calle Metalurgia 32-34, Edificio Sertram II, 08038 Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de la Placa Angulada del sistema HipLOC™ debido a la reducida dimensión del orificio labrado en el cilindro de la placa que impide el paso del tornillo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa distribuidores
- Nota de aviso empresa centros

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: BA85779848
Fecha de la firma: 31/08/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89