MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-466	PS/MAT/47343
PRODUCTO Lentes intraoculares 611P CT Lucia, +11.5 D	
Nº SERIE AFECTADO EN ESPAÑA 3S1610660173	
FABRICANTE Carl Zeiss Meditec AG, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Carl Zeiss Meditec Iberia SAU, calle Ronda de Poniente, 5, 28760 Tres Cantos, Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados números de serie de las lentes intraoculares 611P CT Lucia, +11.5 D, debido a la posibilidad de que hayan sido etiquetadas con una potencia de dioptrías equivocada.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS • Nota de aviso empresa	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: 4ZTFAZD78C
Fecha de la firma: 05/09/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89