ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-464	PS/AG/47566

PRODUCTO
Analizadores de Hematología Serie XN (XN-10, XN-20)

REFERENCIAS
AP795756 (XN-10); AE797961 (XN-20): Sysmex
06509797001(XN-10); 06509819001(XN-20): Roche

FABRICANTE
Sysmex Corporation, Japón.

DISTRIBUIDOR
Roche Diagnostics S.L.U., Avenida de la Generalitat, 171-173, 08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona

ASUNTO
Advertencias de seguridad debido a la posibilidad de que determinados analizadores de hematología de la serie XN no detecten eosinófilos y generen resultados falsamente bajos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: 5WADKFNB1B
Fecha de la firma: 05/09/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89