ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-468	PS/MTM/47614

PRODUCTO

Elucigene® CF-Iberian Panel, código CFIBNB1.

FINALIDAD PREVISTA

Detección simultánea de determinadas mutaciones del gen humano regulador de la conductancia transmembranosa de la fibrosis quística (CFTR) en ADN extraído de sangre entera (EDTA preservado).

Nº LOTE

202459

FABRICANTE

Elucigene Diagnostics, Reino Unido.

DISTRIBUIDOR

Diagnóstica Longwood, Camino del Pilón 86 Casa 7, 50011 Zaragoza.

ASUNTO

Retirada del mercado del lote 202459 del producto Elucigene® CF-Iberian Panel, código CFIBNB1, debido a que la caducidad indicada en el etiquetado es mayor que la caducidad validada para el producto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: 5LPY55Z72E
Fecha de la firma: 06/09/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89