ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-471	PS/PRV/46752
PRODUCTO. Grúas Molift Mover 180/205 y Molift Air.	
FINALIDAD PREVISTA Grúas para la elevación y traslado de pacientes.	
MODELOS Ver modelos afectados en la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE Etac AS, Etac Supply Gjovik, Noruega	
DISTRIBUIDOR Karinter S.L. Gaiá 41, nave 4, 08110, Montcada i Reixac. Barcelona	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con la posibilidad de rotura de los ganchos rojos de las perchas elevadoras, debido a un uso incorrecto o a una falta de mantenimiento adecuada.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa • Consejos de uso correcto y mantenimiento	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: SXTCYAAFAF
Fecha de la firma: 07/09/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89