MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-472	PS/ NC/46753

PRODUCTO AFECTADO
Batería de litio pequeña Hall®, referencia L3000SM, utilizada con piezas de mano inalámbricas Hall

FINALIDAD PREVISTA
La Batería de litio pequeña recargable Hall® se utiliza como fuente de alimentación en todos los instrumentos con batería Hall®, salvo PowerPro.

Nº SERIES
Ver números de series afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
ConMed Corporation, Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR
ConMed Iberia,S.L., calle Gran Vía Carles III nº 124, 08034 Barcelona.

ASUNTO
Cese de utilización de determinados números de serie de la batería de litio Hall®, referencia L3000SM, debido a un posible fallo prematuro de la batería que impediría el suministro de alimentación eléctrica a la pieza de mano.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 07/09/2018
Localizador: PYQJSKE121

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89