ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-476	PS/MAT/47632

PRODUCTO

Portasueros giratorio referencia 6600-0851-800 utilizado con los equipos Giraffe Incubator Carestation Giraffe OmniBed, Giraffe Warmer, Panda Warmer, Giraffe Incubator, Care Plus Incubator, IWS y Giraffe Shuttle.

Nº LOTE

Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Ohmeda Medical a division of Datex-Ohmeda, EEUU.

DISTRIBUIDOR

General Electric Healthcare España, SAU; C/ Gobelas, 35-37; 28023 Madrid.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados lotes de los portasueros giratorios con número de referencia 6600-0851-800, debido a la posibilidad de que el portasueros se caiga.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 07/09/2018
Localizador: B7V434ZCB2

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89