ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-479	PS/SM/47672
PRODUCTO Leica M525 F20	
FINALIDAD PREVISTA Microscopio quirúrgico de uso general	
FABRICANTE Leica Microsystems (Schweiz) AG, Suiza	
DISTRIBUIDOR Leica Microsistemas S.L.U. Plaza Europa, 41-13, 4ª planta (Torre Realia),08908, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona	
ASUNTO Advertencias de seguridad, mejora de las instrucciones de uso y marcas adicionales para evitar el peligro de vuelco de los microscopios Leica M525 F20	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso de la empresa • Instrucciones de actualización in situ del sistema Leica M525 F20	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 11/09/2018
Localizador: KZDNCRK534

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89