MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-488	PS/ME/47457

PRODUCTO AFECTADO
Guía para aguja endocavitaria con cubierta de látex para uso con transductores Siemens BP9-4, referencia 676-144.

FINALIDAD PREVISTA
Herramienta para realizar procedimientos guiados por agujas con el uso de transductores diagnósticos ultrasónicos de endocavidad.

Nº LOTE AFECTADO EN ESPAÑA
A029293

FABRICANTE
CIVCO Medical Instruments Co. Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR
Medicina Analítica Consumibles, S.A. Avda. Menéndez Pelayo, 25, 1ºC, 28009 Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado del lote A029293 de la guía para aguja con cubierta para uso con transductores Siemens BP9-4, referencia 676-144, debido a la posibilidad de que el ensamblaje de las guías carezca de adhesivo o no tenga suficiente adhesivo para mantener la cánula montada en la guía de la aguja.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
- Nota de aviso empresa.

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 11/09/2018
Localizador: WBD6SSB83D

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89