ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2018-486	PS/MRG/47761

PRODUCTO

Lipasa OSR6x30
Ácido úrico OSR6x98
Colesterol HDL OSR6x87
Creatinina enzimática OSR6x204

FABRICANTE

- Beckman Coulter Ireland Inc, Irlanda.
- Beckman Coulter Inc, EEUU.

DISTRIBUIDOR

Beckman Coulter S.L.U.

- Torre Realia, Plaza Europa 41-43, 3ª planta, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.
- Calle de Valgrande 8, 28108 Alcobendas, Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad debido a la posibilidad de que la n-acetil-p-benzoquinoneimina, metabolito del paracetamol, interfiera negativamente con los análisis de creatinina enzimática (OSR6x204), colesterol HDL (OSR6x87), lipasa (OSR6x30) y ácido úrico (OSR6x98), a niveles presentes en el suero/plasma de pacientes que hayan ingerido dosis tóxicas de paracetamol.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso de la empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: V9LES8J388
Fecha de la firma: 12/09/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89