ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-489	PS/ME/47263

PRODUCTO AFECTADO
Muleta Advance bi material, referencias 2009 y 2059 (todos los colores).

Nº LOTE.
04-2018.

FABRICANTE
Herdegen SAS. Francia.

DISTRIBUIDOR

- PRIM S.A. C/ F, 15, Polígono industrial nº 1. 28939 Móstoles. Madrid.
- Grupo Queralto S.A. C/ Pino Albar, 24, Polígono El Pino. 41016 Sevilla.
- Sucesores de Manuel García S.L. Avda. Mediterraneo, s/n. 12400 Segorbe. Castellón.

ASUNTO
Retirada del mercado del lote 04-2018 de las Muletas de codo Advance bi material, referencias 2009 y 2059, debido a un problema durante la fabricación que podría llevar a que el mango se vuelva frágil y se rompa, lo que podría causar el desequilibrio y caída del paciente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa
- Nota informativa AEMPS PS, 17-2018

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 12/09/2018
Localizador: QT9WZYS3A6

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89