ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-485	PS/AG/47639

PRODUCTO
Sistema de tratamiento de aire comprimido Medical Air Ensure (MAE), modelos MAE 6 a MAE 8, fabricados entre mayo 2017 y febrero 2018

Nº SERIE
Ver nº de serie afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Drägerwerk AG & Co. KGaA, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Dräger Iberia, calle Xaudaró, 5, 28034 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionada con la posible pérdida de presión en la instalación de aire comprimido médico por el mal funcionamiento de una junta, lo que provoca fugas en el sistema de tratamiento de aire comprimido Medical Air Ensure.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 11/09/2018
Localizador: WPNCZQN8BF

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89