MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-500	PS/ME/47838

PRODUCTO AFECTADO
Accelerator APS, referencia 07L01.

FINALIDAD PREVISTA
Sistemas modulares diseñados para automatizar el proceso de manipulación y procesado de muestras en el laboratorio de análisis.

FABRICANTE
Abbott Laboratories. Estados Unidos.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que en determinados módulos de los sistemas de automatización Accelerator APS, referencia 07L01, no se haya instalado la etiqueta de advertencia de posible riesgo de interferencia con la funcionalidad de los marcapasos y con el aumento de la distancia mínima de seguridad establecida para las personas con marcapasos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 21/09/2018
Localizador: PZPVK9P9A3

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89