ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-501	PS/FFG/47744

PRODUCTO
Prueba Alere Triage® NT-pro BNP Test, número de catálogo 98700EU

Nº LOTE
ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Alere San Diego, Inc. EEUU

DISTRIBUIDOR

- Alere Healthcare, S.L.U., sita en Plaza Europa 9-11 6ª planta, 08908 Hospitalet de Llobregat, Barcelona
- Werfen España, S.A,sita en Plaza de Europa, 21-23, 08908 ,Hospitalet de Llobregat, Barcelona

ASUNTO
Advertencia de seguridad al haberse identificado que determinados lotes de la Prueba Alere Triage NT-pro BNP Test, ya caducados, presentan una frecuencia más alta de resultados elevados de NT-pro BNP que no pueden reproducirse usando otro método y se consideran falsamente elevados.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 27/09/2018
Localizador: PQY5SBX1DE

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89