ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-508	PS/MTM/47786

PRODUCTO

Sistema Neuro Omega, formado por los siguientes componentes y números de catálogos:

- (Neuro Omega) NOM-000000-00
- (Drive) 750-000020-00
- (EMG) 750-000010-00
- (EEG) 750-000010-12

VERSION SOFTWARE

Todas

FABRICANTE

Alpha Omega Engineering Ltd., Israel.

DISTRIBUIDOR

CMM S.L.U., Rua do Porto do Medio 20, 15707 Santiago de Compostela.

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con un posible daño en los tejidos si el conector Neuro Omega EMG/EcoG *Global stimulation return* (retorno de estimulación global) de la caja de alimentación no está conectado adecuadamente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: 6JZQEQKA39
Fecha de la firma: 02/10/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89