ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-511	PS/PRV/47326

PRODUCTO
Sistemas de iluminación de quirófano Dr-Mach

FABRICANTE
Dr Mach GmbH & Co.KG, Alemania

DISTRIBUIDORES
Roberto Amado CB, C/ Julio Somoza, 5 bajo, 33201 Gijon.
Dimoclin S.L., Calle de la Algaida 12, 11408 Jerez de la Frontera. Cadiz
Proclinic S.A., C/ Palermo 7, 50197 Zaragoza.
Endook, Calle Comercio 16, Nave 6, Ginés. Sevilla
Tecnología Veterinaria y Médica, Francesc Layret 9, 08750, Molins de Rei. Barcelona.
Hsolutions, Urbanización Nueva Sierra, 19117 Albalate de Zorita. Guadalajara.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la actualización del protocolo de mantenimiento de las lámparas y sus soportes, debido a la posibilidad de caída sobre el paciente o usuario si no se realiza un mantenimiento adecuado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Protocolo de mantenimiento actualizado

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 02/10/2018
Localizador: SYNBR44482

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89