ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-523	PS/MAT/47723

PRODUCTO
Aptio Automation

FINALIDAD PREVISTA
El sistema de automatización Aptio Automation es un sistema modular diseñado para automatizar los procesamientos preanalítico y postanalítico, así como la manipulación de muestras y su procesamiento en el laboratorio clínico. Aúna varios dispositivos analíticos en una estación de trabajo unificada en la que se emplean funciones comunes de procesamiento de muestras.

MÓDULOS Y NÚMEROS DE PIEZA AFECTADOS
Ver módulos y números de pieza afectados en las notas de aviso de las empresas

FABRICANTE
Inpeco, S.A., Suiza.

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U., sita en Avda. Leonardo da Vinci, 15, 28906 Getafe, Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la interferencia magnética de determinados módulos de los Sistemas de automatización Aptio con la funcionalidad de los marcapasos y el aumento de la distancia mínima de seguridad establecida para las personas con marcapasos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa Inpeco para Aptio Automation
- Nota de aviso empresa Siemens para Aptio Automation

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: DD4X4NR93F
Fecha de la firma: 11/10/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89