ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-514	PS/SM/47943

PRODUCTO
Módulo de procesamiento Alinity i, Referencia 03R65.

FINALIDAD PREVISTA
Analizador de inmunoesnsayos por quimioluminiscencia.

Nº SERIE
Ai01001 a Ai01336

FABRICANTE
Abbott GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Abbott Laboratories, S.A. Apartado de Correos 967, Avenida de Burgos nº 91, 28050 - Madrid, España

ASUNTO
Advertencia de seguridad y sustitución de la bomba de dispensación de soluciones genéricas del analizador Alinity i (número de componente A-35001280-01) debido a un posible fallo de las bombas que puede provocar que el instrumento se pare de forma inesperada, lo que podría retrasar la obtención de resultados.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: TW8YSPS1B8
Fecha de la firma: 11/10/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89