ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-518	PS/FFG/47863

PRODUCTO
Sustituto óseo de hidroxilapatita inyectable HydroSet, modelo 397010

Nº LOTE
IC02608, IC02617, IC02652

FABRICANTE
Stryker Leibinger GmbH & Co. KG, Alemania

DISTRIBUIDOR
Stryker Iberia, S.L. C/ Sepúlveda, 17 - 28108 Alcobendas Madrid.

ASUNTO

Retirada del mercado de los lotes IC02608, IC02617, IC02652 del producto Hydroset®, modelo 397010, debido a que la caducidad indicada en el etiquetado es mayor que la caducidad validada para el producto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 11/10/2018
Localizador: CG5ZKJ35DD

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89