ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-525	PS/CGG/48146

PRODUCTO

Equipos para procedimientos estériles (Ref. PGSCV040) de Medline que contienen la sonda de alimentación CH10 con control radiológico XR 40cm (fabricante ConvaTec Limited- Ref. 12033183)

FABRICANTE

Medline International France S.A.S., 44110 Chateaubriant, Francia

DISTRIBUIDOR

Medline International Iberia S.L.U., Av/ de Castilla 2, 28830 San Fernando de Henares, Madrid

ASUNTO

Advertencia de seguridad y cese de utilización de la sonda de alimentación CH10 con control radiológico XR 40cm de ConvaTec, incluida en los equipos para procedimientos estériles (Ref. PGSCV040) de Medline, debido a la posibilidad de que se formen pequeños agujeros en el embalaje que podrían comprometer la esterilidad.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 15/10/2018
Localizador: 23ZSN4YA26

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89