ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-531	PS/CGG/48116

PRODUCTO
Protector dental PRODENT

FINALIDAD PREVISTA
Protección de la dentadura en procedimiento de intubación endotraqueal.

Nº LOTES

- LOT P041308 (fecha caducidad: 2018-11)
- LOT P041509 (fecha caducidad: 2020-04)
- LOT P041610 (fecha caducidad: 2021-06)

FABRICANTE
INGENIERÍA MÉDICA S.L., C/Alicante 43, 41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla

DISTRIBUIDOR
PRIM S.A., C/ F nº 15, Polígono Industrial nº 1, 28938 Móstoles, Madrid

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes del protector dental PRODENT debido a la posibilidad de que la masilla se despegue y caiga en la boca del paciente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 15/10/2018
Localizador: FPFY5PPB2D

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89