ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-528	PS/AZ/47779

PRODUCTO
Implantes no estériles Idys® ALIF.

FINALIDAD PREVISTA
Tratamiento de discopatías degenerativas cervicales y lumbares, espondilolistesis de grado I y II, pseudoartrosis o fracaso de fusión, traumatismo y ruptura de ligamentos cervicales.

FABRICANTE
CLARIANCE SAS, Beaurains (Francia).

DISTRIBUIDOR
Suministros Medico Quirurgicos S. A; Parque empresarial Águila del Nora 3, parcela 21; 33199, Colloto –Siero, Asturias.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la colocación de los tornillos que fijan el platillo en el cuerpo vertebral para fijar la caja ALIF.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 15/10/2018
Localizador: 9BWNWWE85C

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89