ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-534	PS/MTM/48172

PRODUCTO

Sistemas integrados de química Dimension®:

Producto	**Código de producto**
Dimension® EXL 200	10636928
Dimension® EXL with LM	10472176
Dimension® EXL with LM with STM	10639338
Dimension® RxL Max	10444828
Dimension® RxL Max HM	10444829
Dimension® RxL Max HM STM	10444831
Dimension® Xpand® Plus	10444837
Dimension® Xpand® Plus HM	10444838
Dimension® RxL Max Refurbished	10459307
Dimension® RxL Max HM Refurbished	10459308
Dimension® Xpand® Plus Refurbished	10459310
Dimension® Xpand® Plus HM Refurbished	10459311
Dimension® EXL with LM Refurbished	10808302
Dimension® 200 Refurbished	10808301

FABRICANTE

Siemens Healthcare Diagnostics Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR

Siemens Healthcare S.L.U., Avda. Leonardo da Vinci 15, 28906 Getafe (Madrid).

ASUNTO

Advertencia de seguridad debido a que algunos motores de la cámara térmica de los sistemas Dimensión® tienen cables eléctricos con aislamiento simple en lugar del aislamiento doble requerido.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: DLNEETS7DB
Fecha de la firma: 18/10/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89