MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-532	PS/SM/47794
PRODUCTO Sets de las bombas s.pump	
FINALIDAD PREVISTA Bomba de sangre para circulación extracorpórea	
REFERENCIA y Nº LOTE Ver referencias, descripción de los productos y n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE Medos Medizintechnik AG, Alemania	
DISTRIBUIDOR Fresenius Medical Care España S. A. 08430-Ctra. Vallderiolf, km 0.4, La Roca del Vallés. Barcelona	
ASUNTO Cese de la utilización y retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de los sets de la bomba s.pump, debido a un problema de fabricación, que puede provocar que el cabezal de la bomba se detenga de forma repentina	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 18/10/2018
Localizador: ZNWWK4TCC2

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89