MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-536	PS/MAT/47983

PRODUCTO

220-240 Cable único (cable de alimentación) para las bombas de infusión Infusomat fmS y SpaceCover

Nº LOTE

Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

Los cables de alimentación afectados han sido fabricados por el proveedor HAWA en el periodo comprendido entre julio de 2016 (marcado como M7 Y6) hasta junio 2018 (marcado como M6 Y8). Los cables de alimentación con las marcas en el enchufe de red, indicadas en la nota, podrían verse afectados.

FABRICANTE

B. Braun Melsungen AG, Alemania

DISTRIBUIDOR

B.Braun Medical SA, Carretera de Terrassa, 121, 08191, Rubí, Barcelona

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados cables de alimentación para las bombas de infusión Infusomat fmS y SpaceCover ya que podrían verse dañados en el conector del dispositivo, si se aplica una fuerza lateral intensa. Si esto sucede, podrían quedar expuestos los conectores eléctricos del cable, existiendo un riesgo potencial de descarga eléctrica al usuario.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: 9KZT6STC32
Fecha de la firma: 18/10/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89