MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-540	PS/PPR/47789

PRODUCTO
Fuente de alimentación (PSU) de los modelos de impresora Zebra TLP3842 y GX430t de la etiquetadora de portaobjetos BOND para uso con los instrumentos BOND-III y BOND-MAX.

FINALIDAD PREVISTA
Impresora usada como parte de la etiquetadora de portaobjetos Bond para su uso con los instrumentos Bond Max y Bond-lll.

Nº DE PIEZA Y CÓDIGO DE FECHA
Ver números de pieza de la PSU y códigos de fecha de las fuentes de alimentación afectadas en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Leica Biosystems Melbourne Pty,Ltd, Australia.

DISTRIBUIDOR
Leica Microsistemas S.L.U. Plaza Europa, 41-13, 4ª planta (Torre Realia), 08908, Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO
Cese de la utilización de terminadas fuentes de alimentación (PSU) de la impresora Zebra, debido a una posible deficiencia de la resina de los conectores a base de fósforo, que puede producir sobrecalentamiento y riesgo de incendio.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: 8D3RBZDE9C
Fecha de la firma: 22/10/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89