ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2018-550	PS/MRG/48330

PRODUCTO
Programador CareLink™ 2090 y Programador CareLink Encore™ 29901.

FINALIDAD PREVISTA
Sistemas portátiles, basados en un microprocesador, con un programa de software para interrogar y programar dispositivos cardiovasculares implantables de Medtronic.

FABRICANTE
Medtronic Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Medtronic Ibérica, C/María de Portugal 11, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad debido a posibles vulnerabilidades en el proceso de actualización de software de los programadores CareLink™ 2090 y CareLink Encore™ 29901.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 22/10/2018
Localizador: SJL7QXJE82

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89