ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-545	PS/MTM/48285

PRODUCTO
Suspensiones de techo SP4S manual, SP4S opción auto-tracking, SP4S opción auto-positionning.

FABRICANTE
Stephanix, Francia.

DISTRIBUIDOR
Stephanix, 10 Rue Jean Moulin – Zi Du Bayon, 42150 La Ricamarie, Francia.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de rotura de los cables de acero que soportan el equipo a su anclaje del techo debido a un excesivo desgaste de la polea vertical por la que pasan los cables.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 22/10/2018
Localizador: 5GYTENSAD9

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89