ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-546	PS/SSH/48312

PRODUCTO
Kit de plasmaféresis (PEX) para el equipo AMPLYA Acute Multitherapeutic System™. Nº de Catálogo IB0590040.

FINALIDAD PREVISTA
El kit de plasmaféresis (PEX) preensamblado es un set que se utiliza en el equipo AMPLYA Acute Multitherapeutic System™ para la circulación extracorpórea de la sangre y eliminación de toxinas.

Nº LOTE
1807000241.

FABRICANTE
BELLCO S.r.l., Italia.

DISTRIBUIDOR
BELLCO S.r.l., Avenida de Cerdanyola 75-77, 08172 San Cugat del Valles, Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado del lote 1807000241 de los kits de plasmaféresis (PEX), debido a un error en la fecha de caducidad indicada en el etiquetado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
- Nota de aviso empresa.

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: GZT255DE4C
Fecha de la firma: 22/10/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: GZT255DE4C
Fecha de la firma: 22/10/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89