ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-551	PS/ME/47865

PRODUCTO AFECTADO
Dimension® Vista Lipase (LIPL), número de catálogo K3056, lotes 18128BA y 18186BB

FINALIDAD PREVISTA
Prueba de diagnóstico in vitro para la determinación cuantitativa de lipasa en el suero y el plasma humanos.

FABRICANTE
Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U., Avda. Leonardo da Vinci, 15, 28906 Getafe, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados lotes del producto Dimension® Vista Lipase (LIPL) debido a la posibilidad de variabilidad entre lotes para el control de calidad y los resultados de los pacientes.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 22/10/2018
Localizador: V8VJBTZD5B

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89