# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2018-547 | PS/ME/48058 |

**PRODUCTO AFECTADO**
Brocas de Orthofix.

**FINALIDAD PREVISTA**
Brocas para procedimientos quirúrgicos de fijación interna o externa del hueso.

**CÓDIGOS Y NÚMEROS DE LOTE**
Ver descripción y códigos de producto y números de lote afectados en el anexo A de la nota de aviso de la empresa.

**FABRICANTE**
Orthofix Srl. Italia.

**DISTRIBUIDOR**
MBA Incorporado S.L. Avda. del Jardín Botánico, 1345, 33203 Silos de Intra, Gijón.

**ASUNTO**
Retirada del mercado de determinados códigos de producto y lotes de Brocas de Orthofix y de los kits que las contienen debido a la posibilidad de que muestren una menor potencia de corte.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS**

- Nota de aviso empresa.

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: 9AD5GTR78A
Fecha de la firma: 22/10/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89