ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-543	PS/CH/48164

PRODUCTO
Ventilador Puritan Bennett™ serie 980 (PB980)

FABRICANTE
Covidien LLC, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Medtronic Ibñerica, S.A., WTC Almeda Park, Plaça de la Pau, s/n, Edificio 7, 3ª planta, Cornellá de Llobregat, 08940, Barcelona.

ASUNTO

- Actualización del software de los ventiladores PB980 a la versión MR5.4, en la que se mejora el rendimiento del disco externo USB y su impacto en la funcionalidad de interfaz gráfica de usuario (GUI), así como el etiquetado de la forma de gráfica escalar que se muestra en la GUI durante la ventilación.
- Actualización del manual del usuario en la sección de funcionalidad de la GUI y la recuperación de fallos de la GUI.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 18/10/2018
Localizador: 53C8RAR011

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89