# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2018-548 | PS/AG/48256 |

**PRODUCTO**

| **Producto** | **Numero de materiales Siemens (SMN)** |
|---|---|
| Analizador Atellica® IM 1300 | 11066001 |
| Analizador Atellica® IM 1600 | 11066000 |
| Analizador Atellica® CH 930 | 11067000 |
| Atellica® Sample Handler Principal | 11069001 |

**FINALIDAD PREVISTA**

Analizadores de inmunoensayo y bioquímica clínica.

**VERSION SOFTWARE**

Atellica Solution (SW) versión V1.14.2 (SMN 11316393) e inferiores.

**FABRICANTE**

Siemens Healthcare Diagnostics Inc., EEUU.

**DISTRIBUIDOR**

Siemens Healthcare S.L.U., Avenida Leonardo Da Vinci, 15, 28906 Getafe, Madrid.

**ASUNTO**

Advertencia de seguridad debido a múltiples problemas identificados en el software V1.14.2 y versiones anteriores del sistema Atellica Solution, que se corregirá en la versión de software V1.15.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 22/10/2018
Localizador: WYJJDXV34B

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89