MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2018-554 | PS/AG/48372 |

**PRODUCTOS**
Monitores CARESCAPE B450, B650 y B850 (Bx50).

**FINALIDAD PREVISTA**
Monitores multiparamétricos de pacientes para monitorización hemodinámica, respiratoria y del estado neurofisiológico.

**FABRICANTE**
GE Healthcare Finland Oy, Finlandia.

**DISTRIBUIDOR**
General Electric Healthcare España, SAU., C/ Gobelas 35-37, 28023 Madrid.

**ASUNTO**
Advertencias de seguridad relacionada con el posible reinicio de determinados monitores debido a una sobrecarga de la red provocada por un fallo de configuración de la misma.

**INFORMACION ADICIONAL**
La empresa está remitiendo una nueva nota de aviso al haber detectado el mismo problema en los monitores CARESCAPE B450, B650 y B850 (Bx50)

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 22/10/2018
Localizador: CD4PXLW4D4

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89