ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-567	PS/SSH/48234

PRODUCTO
Analizador de gases en sangre RAPIDPoint® 500. Referencias: 10492730, 10696855, 10696857, 10697306.

FINALIDAD PREVISTA
Sistema para el análisis de gases en sangre, electrólitos, metabolitos, hemoglobina total y derivados de hemoglobina en muestras de sangre entera arterial, venosa y capilar.

VERSION SOFTWARE
V2.2, V2.3 y V2.3.1.

FABRICANTE
Siemens Healthcare Diagnostics, Inc. EEUU.

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U. Avda. Leonardo da Vinci, 15. 28906 Getafe, Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad debido a la posibilidad, de que los campos de texto de datos demográficos configurados para un paciente enviados al LIS y visualizados o impresos desde la pantalla de recuperación de datos, puedan combinarse con datos demográficos configurados de otro paciente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
- Nota de aviso empresa.

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 31/10/2018
Localizador: PP7FZ8DFE4

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89