ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-570	PS/PRV/48415

PRODUCTO
Equipo de diagnóstico de Rayos X DigitalDiagnost

Nº SERIE
La empresa indicará a cada centro en su nota de aviso los números de serie y configuración afectados.

VERSION SOFTWARE
Versiones 4.1.x y 4.2.x

FABRICANTE
Philips Medical Systems DMC GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica, S.A., sita en la calle María de Portugal 1, 28050 Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización del software de los sistemas DigitalDiagnost con versiones 4.1.x y 4.2.x a las versiones 4.1.9 y 4.2.6 respectivamente, debido a la posibilidad de que los estudios de telerradiografía se vean interrumpidos cuando se usan con detectores SkyPlate y por tanto tengan que repetirse, así como a la posibilidad de que no se identifiquen imágenes especulares.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: NJL23267CA
Fecha de la firma: 31/10/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 31/10/2018
Localizador: NJL23267CA

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89