ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-559	PS/PF/47985

PRODUCTO

Sistemas de imágenes:

- Cell Observer SD
- Laser TIRF
- DirectFRAP

FABRICANTE

Carl Zeiss Microscopy GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR

Carl Zeiss Iberia, S.L., Calle Ronda de Poniente 5, 28760 Tres Cantos, Madrid

ASUNTO

Advertencias de seguridad debido a la posibilidad de que el shutter de seguridad del láser de los sistemas de imágenes Cell Observer SD, Laser TIRF y DirectFRAP no cierre completamente, por lo que una parte de la luz de excitación del láser podría pasar al microscopio a través de las piezas oculares u objetivo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: 9D2NZBJAB8
Fecha de la firma: 31/10/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89