# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2018-574 | PS/PF/48400 |

**PRODUCTO**
Equipos para procedimientos estériles de Medline que contienen una pinza Kocher

**FINALIDAD PREVISTA**
Las pinzas Kocher son instrumentos metálicos de dos ramas que sirven para aproximar, coger, sujetar, atraer o comprimir tejidos durante el procedimiento de cesárea.

**FABRICANTE**
Medline International France SAS, Francia

**DISTRIBUIDOR**
Medline International Iberia S.L.U., Avenida Castilla 2, 28830 Polígono De San Fernando De Henares, Madrid

**ASUNTO**
Advertencia de seguridad al no haberse incluido las instrucciones de uso en los equipos fabricados desde junio de 2018 hasta octubre de 2018, en las que se indica que las pinzas Kocher, cuando se utilizan para clampar el cordón umbilical, como el bloqueo no es fijo, requieren inspección visual durante el uso.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**
- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 31/10/2018
Localizador: ZSEADKY2AC

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89