ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-558	PS/NC/47855

PRODUCTO
Sistemas de suministro y control de óxido de nitrógeno SoKINOX y SERViNO

Nº SERIE
Ver números de series afectados en el anexo de la nota de aviso de la empresa.

VERSION SOFTWARE
Versión 1.3

FABRICANTE
Maquet Critical Care AB, Suecia.

DISTRIBUIDOR
Air Liquide Medicinal S.L.U, C/ Orense 32, 28020 Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad y actualización del software de determinados sistemas SoKINOX y SERViNO debido a problemas detectados con el aumento de la presión después del cambio del cilindro.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.
- Anexo de la nota de aviso.

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: QBGVY4D55C
Fecha de la firma: 31/10/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89