ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2018-xx	PS/MRG/48454

PRODUCTO
Sistemas Inteligentes de laboratorio Dimension Vista® con software v.3.7 o v.3.8.1

Producto	Número de material Siemens (SMN)
Sistema inteligente de Lab. Dimension Vista 500	10488217 10488224
Sistema inteligente de Lab. Dimension Vista 1500	10444802 10459469

VERSION SOFTWARE
v.3.7 y v.3.8.1

FABRICANTE
Siemens Healthcare Diagnostics Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare. Avenida Leonardo Da Vinci, 15-19, 28906 Getafe, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad debido a un problema en el software Dimension Vista® v.3.7 y v. 3.8 que puede provocar la contaminación del pocillo de una alícuota, cuando el operador cancela una prueba mientras el instrumento está realizando alícuotas de la muestra.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 31/10/2018
Localizador: PRB7LYT724

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89