ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-592	PS/CGG/48520

PRODUCTO
Jasper Vektor Primera Generación (ver modelos afectados en la nota de aviso de la empresa)

FINALIDAD PREVISTA
Dispositivo de corrección de maloclusiones de clase 2

Nº LOTES
Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR
TP Orthodontics Inc., Reino Unido

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados modelos y números de lote del dispositivo Jasper Vektor Primera Generación, debido a la posibilidad de que se produzca la rotura del dispositivo, por una sobrecarga de esfuerzo, durante su colocación o uso.

DOCUMENTO ADJUNTO

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 07/11/2018
Localizador: WSQZQXQBF8

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 07/11/2018
Localizador: WSQZQXQBF8

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89