MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-585	PS/AG/48453

PRODUCTO AFECTADO EN ESPAÑA
Sistema de radiología D2RS (mesa de control remoto con detector digital dinámico)

FABRICANTE
Stephanix, Francia.

DISTRIBUIDOR
SEDECAL, Sociedad Española de Electromedicina y Calidad S.A.,
C/ Pelaya 9-13, Polígono Industrial Río de Janeiro, 28110 Algete, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad debido a la posibilidad de que la mesa del sistema de radiología D2RS continúe desplazándose una vez finalizada la orden de movimiento por el usuario.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 07/11/2018
Localizador: XD5AEV69EE

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89