MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-588	PS/ME/48145

PRODUCTO AFECTADO EN ESPAÑA

Mesa basculante radiocontrolada integrada en sistemas de diagnóstico radiológico Connexity.

NÚMEROS DE SERIE AFECTADOS EN ESPAÑA

- 012/407
- 012/421
- 014/491
- 014/500
- 32755

FABRICANTE

General Medical Merate SPA. Italia.

DISTRIBUIDOR

General Electric Healthcare España, S.A. C/ Gobelas, 35-37, 28023 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con la posibilidad de que el engranaje de la transmisión de la mesa basculante radiocontrolada pueda presentar una disminución de la fiabilidad con el tiempo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 07/11/2018
Localizador: ZTKGL44EAF

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89