ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-602	PS/SM/48659

PRODUCTO
Prótesis vasculares de ePTFE con espiral externo pequeño, ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Bard Peripheral Vascular (BPV), EEUU

DISTRIBUIDOR
Bard de España, S.A.U. Plaza Europa 41-43, 5th Floor (Torre Realia) 08908 L'Hospitalet de Llobregat

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que la retirada del espiral externo pueda producir pequeños desgarros en el material de la prótesis si no se sigue la técnica de extracción indicada en las instrucciones de uso

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 21/11/2018
Localizador: 3V25ZL466B

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89