ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-618	PS/SM/48404
PRODUCTO Analizador Evidence, número de catálogo EV35584	
FABRICANTE Randox Laboratories Ltd	
DISTRIBUIDOR Laboratorios Randox SL, Prat de la Riba 226,1º, 08901, Hospitalet de Llobregat	
ASUNTO Actualización de la Sección 1, Precauciones de seguridad, del manual del operador del analizador Evidence EV3584, incluyendo información sobre las precauciones de seguridad asociadas con los lectores de código de barras que usan láseres de clase II.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 21/11/2018
Localizador: 969NA3Z2F7

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89