ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-615	PS/MAT/48553
PRODUCTO ARTIS zee, modelo 10272462 (Lytron cooling system)	
FINALIDAD PREVISTA Sistema integral de angiografía digital con detector plano.	
Nº SERIE AFECTADO EN ESPAÑA 908883-21	
FABRICANTE Siemens Healthcare GmbH, Alemania	
DISTRIBUIDOR Siemens Healthcare S.L.U., Avda. Leonardo da Vinci, 15; 28906 Getafe, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con una posible fuga en un tubo de refrigeración de la unidad de refrigeración del tubo de rayos X, por lo que se podría producir una pérdida de refrigerante.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 21/11/2018
Localizador: 2SPQ5QZAC3

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89