MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-603	PS/AZ/48507
PRODUCTO Tornillo areolar Ti Sistema de Cadera United. Nº de catálogo: 5206-1025	
Nº LOTE 17B619DD	
FABRICANTE United Orthopedic Corporation (Taiwan)	
DISTRIBUIDOR Medcometch, S.A., C/ Cataluña, 83-85, Edificio Brasil, 08840, Viladecans (Barcelona)	
ASUNTO Retirada del mercado del lote 17B619DD del tornillo areolar Ti Sistema de cadera United, nº de catálogo 5206-1025, debido a un error en el etiquetado.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 21/11/2018
Localizador: AXTK2XX7E8

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89