MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-609	PS/PF/48723

PRODUCTO

Agujas guía para traumatología.

Ver descripción de los productos y referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa.

Nº LOTE

Todos los lotes que caducan antes del 30 de septiembre de 2023

FABRICANTE

Zimmer, Inc, EEUU

DISTRIBUIDOR

Zimmer Biomet Spain, S.L.U., Calle Metalurgia 32-34, 08038 Barcelona

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de agujas guía para traumatología debido a la posible aparición de pliegues en el envase, en la zona de sellado del extremo opuesto a la apertura angular.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 21/11/2018
Localizador: BQXWKN5D14

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89