ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-625	PS/PPR/48733

PRODUCTO
ThermoScientific™ Oxoid™ Brilliance VRE Agar, Modelo PO1175A

FINALIDAD PREVISTA
Placa de detección cromogénica para enterococos resistentes a la vancomicina (VRE). Este medio proporciona una identificación presuntiva de *Enterococcus faecium* resistente y *Enterococcus faecalis* directamente de muestras clínicas dentro de las 24 horas

Nº LOTE
2404072, fecha de caducidad 1 de noviembre de 2018

FABRICANTE
Thermo Fisher Scientific, EEUU

DISTRIBUIDOR
Thermo Fisher Diagnostics, S.L.U., Avda. Alcalde Barnils, 70, 2ª planta, 08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad y revisión de los resultados obtenidos con el lote 2404072 de ThermoScientific™ Oxoid™ Brilliance VRE Agar, Modelo PO1175A, debido a la posibilidad de que se hayan producido errores en la detección de *Enterococcus faecium* resistente a la vancomicina.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: S3ETEAQ860
Fecha de la firma: 29/11/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89